

## BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.** (Magyarország, 7815 Harkány Zsigmondy Sétány 1. ), mint Ajánlatkérő által megindított „**Ultrahangos készülék szállítása és üzembe helyezése EFOP-2-2-20-17 kódjelű pályázat keretében a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. számára.**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 113. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok** bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.08.09 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 1 darab, azaz egy ajánlat érkezett.

---

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 23500000 HUF

---

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

---

**Ajánlattevő neve:** VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**Székhelye:** 1013 Budapest Krisztina Körút 39.

**Név::** VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**Székhely/lakcím::** 1013. Budapest, Krisztina körút 39.

**Postai cím::** 1013. Budapest, Krisztina körút 39.

**Telefon::** +36 12250313

**Fax::** +36 12250314

**E-mail::** vmd@vmd.hu

**Adószám::** 13215613241

**Meghatalmazott képviselő, aláíró személy neve::** Kollár Katalin

**Kapcsolattartó személy neve::** Rivasz Andrea

**Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF):** 19800000

**1. Aktív képalkotó transducer csatlakozók száma adapter nélkül ( min. 3 db, max. 5 db) [előny a több]:** 4

**2. Mozgási műtermékek kiszűrésére szolgáló technológia (igen/nem) [előny a megléte]:** Igen

**3. Gyorsindítási lehetőség, stand-by üzemmódból kevesebb, mint 10 sec alatt ( igen/** Nem

nem) [előny a megléte]:

**4. Lineáris transducer 1. vizsgálófejnél a jeladó kristályok száma (min. 192 db, max. 576 db) [előny a több]:** 1920

**5. Lineáris transducer 2. vizsgálófejnél a jeladó kristályok száma (min. 192 db, max. 576 db) [előny a több]:** 576

**6. Convex transducer vizsgálófejnél a jeladó kristályok száma (min. 192 db, max. 576 db) [előny a több]:** 384

**7. Készülékbe gyárilag beépített digitális archiválás, álló-és mozgóképek tárolása (min. 250.000 kép, max. 300.000 kép) [előny a több]:** 300000

**8. Szerviz kiszállási idő az írásbeli értesítéstől számítva órában megadva (min. 2 óra, max. 12 óra) [előny a rövidebb határidő]:** 2,4

---

#### **Kiegészítő információk a bontáshoz:**

Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (2) bekezdése alapján rögzíti, hogy a saját kezdeményezésre felhívott gazdasági szereplők az alábbiak:

1. Artmed Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Viza u. 7. C épület fszt. B303., adószám: 12223466-2-41)
2. Laser Medical Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1039 Budapest, Budakalász u. 1. V. em. 44., adószám: 24781707-2-41)
3. Medys Internationale Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Zápor utca 2/C, adószám: 24754222-2-41)

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a rendelkezésre álló fedezet nettó összege: 23.500.000,- HUF.

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.